

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
TUZLANSKOG KANTONA**

Broj: 07-99-15/23

Datum: 05.10.2023. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22) direktor Zavoda **d o n o s i**

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
u postupku javne nabavke laboratorijske opreme

I

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke broj 07-99-14/23 od 03.10.2023. godine i Ugovor o javnoj nabavci laboratorijske opreme za potrebe Ugovornog organa dodjeljuje se ponuđaču **KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO** ukupnom cijenom ponude od 30.069,00 KM sa uračunatim PDV-om kao najpovoljnijem ponuđaču.

II

Ugovor o nabavci iz prethodnog člana ponudiće se izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 dana od dana dostavljanja ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona pokrenuo je postupak javne nabavke laboratorijske opreme broj 07-99-2/23 od 01.09.2023. godine, za koji je objavljeno obavještenje na portalu javnih nabavki pod brojem 1247-7-1-186-3-18/23 dana 01.09.2023. godine godine i u Službenom glasniku BiH, broj 62/23 od 08.09.2023. godine, a na osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona broj 02-821-1/23 od 31.07.2023. godine.

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki i istu je preuzeo 31 potencijalni ponuđač.

U roku za prijem ponuda zaprimljene su ponude četiri ponuđača: KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO, DOO EURO LAB BIJE LJINA, SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA i ANALITIKA D.O.O. SARAJEVO.

Komisija je konstatovala da su ponude imenovanih ponuđača blagovremene, ispravno zapečaćene i pristupila njihovom otvaranju.

Po završetku otvaranja zaprimljenih ponuda Komisija je sačinila zapisnik, koji je, u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14, 59/22), isti dan dostavljen ponuđačima putem fax-a.

Komisija je zatim pristupila pregledu i ocjeni zaprimljenih ponuda i konstatovala da su ponude ponuđača DOO EURO LAB BIJE LJINA i ANALITIKA D.O.O. SARAJEVO nepravilne, te su kao takve odbijene, iz sljedećih razloga:

- DOO EURO LAB BIJE LJINA

Obrazloženje:

Ponuda ponuđača DOO EURO LAB BIJE LJINA se odbija iz sljedećih razloga:

- o Prema tački 11.2 pod a) tenderske dokumentacije ponuđači su bili obavezni dostaviti katalogsku dokumentaciju za ponuđenu opremu, koja treba da sadrži sve tehničke podatke o ponuđenoj opremi (data sheet) koja će služiti kao referenca

za ocjenu ponude u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije. U katalogima je obavezno naznačiti (obojiti ili zaokružiti) ponuđenu opremu, odnosno dijelove specifikacija koji se odnose na ponuđeni model opreme čiju autentičnost ovjerava ponuđač.

Naime, ponuđač DOO EURO LAB BIJELEJINA jeste dostavio katalošku dokumentaciju za ponuđenu opremu, ali ponuđena oprema ne odgovara tehničkoj specifikaciji opreme koja je navedena u Obrascu za cijenu ponude (npr. za stavku 1. ponuđena je oprema zapremine 53 l, dok je tražena oprema minimalne zapremine 55 l; iz dostavljene dokumentacije se ne vidi vrijeme zagrijavanja do +150°C, vrijeme stabilizacije temperature nakon 30 sekundi otvaranja vrata na 150°C, fluktuacija temperature na 150°C, varijacija temperature na 150°C; spoljne dimenzije ponuđene opreme (širina, visina) su veće od zahtjevanih, za stavku 2. ponuđena je oprema čije su spoljne dimenzije (visina) veće od zahtjevanih, za stavku 3. ponuđena je oprema čiji temperaturni opseg ne odgovara zahtjevanom; spoljne dimenzije (širina i visina) veće od zahtjevanih, za stavku 4. ponuđena je oprema čija zapremina ne odgovara zahtjevanoj; težina ponuđene opreme je veća od zahtjevane; dimenzije (širina) opreme je veća od zahtjevane, za stavku 5. dimenzije (širina, visina) ponuđene opreme je veća od zahtjevane, za stavku 6. tražena je preciznost konduktiviteta +/- 0,5% izmjerene vrijednosti, dok je imenovani ponuđač ponudio opremu preciznosti konduktiviteta +/- 2% f.s., za stavku 7. definisana je rezolucija konduktiviteta minimalno 10µS/cm ispod 2.00 mS/cm, minimalno 0,1 mS/cm iznad 2.00 mS/cm, a ponuđena je automatska rezolucija, te iz dostavljene dokumentacije nije evidentno da li ponuđena automatska rezolucija odgovara traženoj; napajanje ne odgovara zahtjevanom; dimenzije opreme (dužina) veća od zahtjevane).

- **ANALITIKA D.O.O. SARAJEVO**

Obrazloženje:

Ponuda ponuđača ANALITIKA D.O.O. SARAJEVO se odbija iz sljedećih razloga:

- Prema tački 11.2 pod a) tenderske dokumentacije ponuđači su bili obavezni dostaviti katalošku dokumentaciju za ponuđenu opremu, koja treba da sadrži sve tehničke podatke o ponuđenoj opremi (data sheet) koja će služiti kao referenca za ocjenu ponude u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije. U katalogima je obavezno naznačiti (obojiti ili zaokružiti) ponuđenu opremu, odnosno dijelove specifikacija koji se odnose na ponuđeni model opreme čiju autentičnost ovjerava ponuđač.

Naime, ponuđač ANALITIKA D.O.O. SARAJEVO jeste dostavio katalošku dokumentaciju za ponuđenu opremu, ali ponuđena oprema ne odgovara tehničkoj specifikaciji opreme koja je navedena u Obrascu za cijenu ponude (npr. za stavku 1. ponuđena je oprema zapremine 53 l, dok je tražena oprema minimalne zapremine 55 l; spoljne dimenzije ponuđene opreme (širina, visina) su veće od zahtjevanih, za stavku 2. ponuđena je oprema čija je brzina zagrijavanja do temperature 1100°C 65 minuta što ne odgovara traženom roku od maksimalno 35 minuta te su spoljne dimenzije opreme veće od zahtjevanih; za stavku 3. ponuđena je oprema čiji temperaturni opseg ne odgovara zahtjevanom; spoljne dimenzije (širina i visina) veće od zahtjevanih, za stavku 4. ponuđena je oprema čija zapremina i težina ne odgovara zahtjevanoj, za stavku 5. dimenzije (širina, visina) ponuđene opreme su veće od zahtjevanih, za stavku 7. definisana je rezolucija konduktiviteta minimalno 10µS/cm ispod 2.00 mS/cm, minimalno 0,1 mS/cm iznad 2.00 mS/cm, a ponuđena je automatska rezolucija, te iz dostavljene dokumentacije nije evidentno da li ponuđena

automatska rezolucija odgovara traženoj; napajanje ne odgovara zahtjevanom; dimenzije opreme veće od zahtjevanih).

Komisija je dalje konstatovala da ponude ponuđača KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO i SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA ispunjavaju kvalifikacione uslove u smislu dostavljene dokumentacije zahtjevanoj tenderskom dokumentacijom kao i da su oba ponuđača ponudili opremu koja ispunjava zahtjeve Ugovornog organa u pogledu predmeta nabavke odnosno tehničkih specifikacija navedenih u Obrascu za cijenu ponude te su kao takve potpune ponude i prihvatljive za Ugovorni organ, te je u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni list BiH“, broj 66/16) zakazana e-aukcija.

Nakon održane e-aukcije dana 02.10.2023. godine, a shodno Izvještaju o toku i završetku e-aukcije, konačna rang lista ponuđača je kako slijedi:

Rb	Naziv ponuđača	Cijena ponude (u KM) bez PDV-a	Umanjenje cijene	Rang
1.	KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO	25.700,00	14,28%	1
2.	SINEKS LABORATORIJA DOO BANJA LUKA	25.870,00	13,77%	2

Prema izvještaju o toku i završetku e-aukcije ponuda ponuđača KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO, sa ukupnim iznosom ponude od 25.700,00 KM bez PDV-a odnosno 30.069,00 KM sa PDV-om, je najpovoljnija ponuda, shodno čemu je Komisija predložila da se ista prihvati, te je donešena odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u roku od pet dana od dana prijema odluke.

DIREKTOR

Sarihodžić dr Majda, spec. socijalne medicine

MA menadžmenta



Dostaviti:

1. Ponuđačima
2. a/a